

Poštovani,

Shodno članu 63. ZJN molim vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije za JNMV 03/2017, za Partiju 11, stavka 4 - Fiziološki rastvor i izdvojite navedenu stavku iz partije, s obzirom da isti spada u lekove čiju nabavku je u ime i za račun zdravstvenih ustanova sproveo RFZO. Centralizovanom javnom nabavkom zaključeni su okvirni sporazumi za lekove sa B i D liste lekova, te vas molimo da isti izuzmete iz partije 11 i njegovu nabavku izvršite u skladu sa Pravilnikom o listi lekova.

Da li je prihvatljivo za naručioca da se u partiji 12 za stavku igla 0,45x13mm ponudi igla 0,45x12mm, s obzirom da je igla 0,45x12mm identična sa iglom 0,45x13mm i ne postoji razlika u dužini i dimenzijama već se samo razlikuju od proizvođača do proizvođača kako se obeležavaju u evropskom metričkom sistemu, s obzirom da je internacionalno prihvaćen standard u "gauge" i "inch" pa kada se prevodi dužina igle u mm iz "inch"-a neki proizvođači zaokružuju na 12mm

Molim vas za potvrdu prijema mail-a.

Srdačan pozdrav,

Sanja Šuleić

Odgovor:

Poštovani,

Izmenom konkursne dokumentacije 03/2017 za partiju 11, stavka 4 Fiziološki rastvor se briše.

Izmenom konkursne dokumentacije 03/2017 za partiju 12, definisana je debljina igle od 0,45x12mm i 07x40mm.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije su vršene i u ostalim partijama te se kompletne tabele sa svim izmenama objavljuju istovremeno sa pitanjem i odgovorom.

S poštovanjem

Komisija za javnu nabavku 03/2017